

Atención; JOMEDICAL LTDA.

Aviso: Asunto de FICE en el mercado de EEUU

Antes de todo, queremos expresar nuestra sincera apreciación a sus actividades científicas y académicas con respecto a FICE (Flexible spectral Imaging Color Enhancement) en el Mercado latinoamericano. Para eliminar cualquier preocupación con respecto a FICE, que ha sido destacado recientemente en el mercado de EEUU, nosotros queremos explicarle directamente como fabricante responsable de esta tecnología.

Recientemente FDA (Food Drug Administration) ha solicitado datos adicionales con respecto a FICE, pero esta solicitud se limitada exclusivamente al mercado de los EEUU en una revisión específica por FDA.

FUJINON Inc., compañía subsidiara de la corporación de FUJIFILM en EEUU, decidió tomar los pasos necesarios para completar la nueva solicitud de FDA.

FICE fue lanzado al mercado en el año 2005/2006 como una característica de aumento de imágenes para ayudar en la visualización del tejido de la mucosa, y continúa siendo utilizado en el Mercado latinoamericano. FUJIFILM/FUJINON continúa produciendo y suministrando los procesadores con el sistema de FICE como antes para America Latina.

Que pasos tomara Fujinon Inc.


- Fujinon Inc. voluntariamente desactivará FICE, solo en el mercado de EEUU
- Fujinon Inc. activará FICE otra vez después de recibir la confirmación de FDA

Les agradecemos su atención a este asunto y esperamos que esta carta elimine cualquier duda o inquietud. Favor contactar a nuestra oficina para America latina si usted necesita información adicional al +1-305-406-2910.

Atentamente

8 de febrero, 2011

FUJIFILM Corporation



Takaaki Ueda

General Manager

Endoscopy System Division

Medical System Division

Healthcare Business Headquarters

Latin American Office



Shunsuke Mitsudome